Prodotti per osteosintesi

Osteosynthesis products



Viti, Griglia e Chiodini

Screws, Mesh and Pins

Materiali semplici e innovativi / *Easy and innovation materials*

Allmed
evoluzione odontoiatrica



Viti in Titanio per osteosintesi / *Osteosynthesis Titanium screws*

Indicazioni cliniche

Utilizzate per fissare le griglie in titanio e gli innesti nella rigenerazione ossea. Per il posizionamento delle viti per osteosintesi si deve utilizzare l'apposito cacciavite manuale oppure quello a contrangolo. Tali cacciaviti hanno la peculiarità di essere ritentivi, quindi la vite potrà essere posizionata senza il pericolo che possa cadere. Per "svincolare" il cacciavite dalla vite è sufficiente farlo oscillare leggermente e contemporaneamente toglierlo dalla sede esagonale dalla vite. Con l'apposita fresa calibrata forare la corticale per facilitare il posizionamento della vite.

Clinical indications

Used to secure titanium mesh and bone regeneration grafts. To place the screws, use the specific manual or handpiece screwdrivers. These screwdrivers are self-holding, so the screw can be placed without it falling off. To release, just tilt the screwdriver gently while removing it from the hexagonal housing of the screw. Drill the cortical bone with the specific calibrated dental drill provided to facilitate the positioning of the screw.









Griglia in Titanio / *Titanium Mesh*

Indicazioni cliniche

Da utilizzare come mantenitore di spazio per la rigenerazione guidata a protezione del sito in cui si desidera rigenerare. In base all'anatomia del difetto osseo su cui si deve intervenire, si consiglia di preparare una dima chirurgica su cui ritagliare a misura la griglia in Titanio che andrà fissata con viti da osteosintesi.



Clinical indications

Used as a spacer and to protect the site of the guided bone regeneration. We recommend preparing a surgical template according to the characteristics of the bone defect to cut the mesh to measure that will be fixed using osteosynthesis screws.



Viti e Griglia in Titanio / *Titanium Screws for Mesh*		CE 0426
Ref.	**Lungh. *Length***	**Descrizione / *Description***
180250 180260 180270 180272 180274	5 mm 7 mm 9 mm 11 mm 13 mm	Vite in Titanio confezione da 5 pz. *Titanium screw for mesh 5 pcs.*
180290		Cacciavite Manuale / *Manual screwdriver*
180200	60x30x0,11 mm	Griglia in Titanio - conf. 2 pz. *Titanium mesh - 2 pcs*
180280		Fresa per viti da osteosintesi / *Osteosynthesis screw drill*
170356		Cacciavite c/angolo esagono 1,27 *Hex head offset screwdriver 1.27*
180367		Kit viti – vuoto / *Screw kit – empty*
Kit viti completo *Complete screw kit*		1 confezione di griglia; 1 fresa; 3 confezioni a scelta di viti; 1 kit vuoto; 1 cacciavite manuale; 1 cacciavite c/angolo. *1 packet mesh; 1 drill; 3 packets screws of your choice; 1 empty kit; 1 manual screwdriver; 1 offset screwdriver.*







Chiodini in Titanio / *Titanium pins*

Indicazioni cliniche

Utilizzati per fissare le membrane nella rigenerazione ossea. Predisporre i chiodini negli appositi spazi all'interno del Kit e, utilizzando l'inseritore per chiodini esercitare una leggera pressione sulla testa del chiodino accertandosi che lo stesso si sia bloccato sulla punta dell'applicatore. Procedere al posizionamento della membrana e, con un leggero colpo di martelletto chirurgico, fissare il chiodino nel punto desiderato, accertandosi che sia perpendicolare all'osso, l'applicatore si sbloccherà automaticamente lasciando il chiodino in posizione.

Clinical indications

Used to secure bone regeneration membranes. Prepare the pins by placing them in the specific kit holes and, using the specific pin insertion device provided, press lightly on the pin head to make sure it is locked in place on the tip of the device. Position the membrane and, with a slight tap of the surgical hammer, fix the pin in the desired position making sure that it is perpendicular to the bone. The device will unblock automatically releasing the pin in place.

Chiodini in Titanio / *Titanium pins* CE 0426		
Ref.	**Lungh./*Length***	**Descrizione/*Description***
180327 180331 180335	2,7 mm 3,1 mm 3,5 mm	Chiodini in Titanio Ø 2,5 mm confezione da 5 pz. *Titanium pins Ø 2.5 mm* *5 pcs. each packets*
180350 180360	60mm 90mm	Inseritore per chiodini corto e lungo *Short end long insertion device for pins*
180365		Kit chiodini – vuoto *Pins kit – empty*
Kit chiodini completo *Complete pin kit*		3 confezioni a scelta di chiodini; 1 kit vuoto; 1 inseritore corto; 1 inseritore lungo. *3 packets pins of your choice;* *1 empty kit; 1 short insertion device;* *1 long insertion device.*



Allmed
evoluzione odontoiatrica

Allmed - Via Nobel, 33 - 20851 Lissone (MB) Italy
tel. +39.039.481123 - fax +39.039.2453753
www.allmed.it - info@allmed.it

CE 0426

Dicembre 2014 - Tiratura 1000 copie